

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** EQU-37 Rev-06

**Código:** EQU-37

**Revisión:** Rev-06

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Equipo médico

### DATOS GENERALES

**Nombre:** ELECTROTERAPIA - ONDA CORTA

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

#### Características generales

Tipo de terapia	1.01	Para modo pulsado y continuo
Rangos de potencia	1.02	En modo pulsado: $\geq 1000$ W
	1.03	En modo continuo: $\geq 400$ W
Aplicadores	1.04	Inductivos y capacitivos
Duración de pulso	1.05	$\geq 200$ us
Frecuencia de pulso	1.06	Regulable
Pantalla	1.07	Requerido
Brazos articulados	1.08	Dos para electrodos
Movilidad	1.09	Ruedas
Protocolos de tratamiento	1.10	Programables y/o definidos

#### Accesorios

Cables de conexión de electrodos	2.01	Dos (2)
Electrodos capacitivos /condensador	2.02	Dos (2) a elección del establecimiento de salud
Unidad de inducción	2.03	Una para tratamientos inductivos

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
		Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica.
		Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años

