

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

<b>Ficha Técnica:</b>	LAS-07 Rev-03
<b>Código:</b>	LAS-07
<b>Revisión:</b>	Rev-03
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2025
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
<b>Tipo:</b>	Equipo médico

#### DATOS GENERALES

Nombre: LASERTERAPIA TERAPEUTICA - BARRIDO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

##### Características generales

Canales / puertos de entrada	1.01	≥ 2
Pantalla	1.02	Requerido
Programas / Tratamientos	1.03	Preestablecidos
	1.04	Configurables por el usuario
Láser de barrido	1.05	Requerido
Modo de operación	1.06	Continuo y/o pulsátil
Potencia	1.07	Regulable
	1.08	≥ 3W
Longitudes de onda del aplicador	1.09	≥ 1
Frecuencia de modo de pulso	1.10	≤200 a ≥2000 Hz

##### Accesorios y Consumibles

Coche de transporte de equipo	2.01	Requerido
Gafas de protección	2.02	Mínimo dos (2)

#### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien.
		Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Mantenimiento	3.05	Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante.
Vida útil	3.06	10 años

