

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: LSE-01 Rev-04

Código: LSE-01

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo médico

DATOS GENERALES

Nombre: LASERTERAPIA - ALTA POTENCIA

| ATRIBUTO | ITEM | VALOR |
|----------|------|-------|
|----------|------|-------|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

| | | |
|--------------------------------------|------|--|
| Pantalla | 1.01 | Requerida |
| Control | 1.02 | Mediante pantalla táctil y/o botonera y/o perillas |
| Potencia de penetración en el tejido | 1.03 | ≥ 10W |
| Longitud de onda | 1.04 | ≥ 600 nm a ≤1064 nm |
| Modo de operación | 1.05 | Continuo y pulsátil |
| Protocolos/programas | 1.06 | Predefinidos y/o programables |
| Clase de laser | 1.07 | Tipo IV |
| Paro de emergencia | 1.08 | Pedal de seguridad y/o botón |

Accesorios

| | | |
|---------------------|------|--|
| Gafas de protección | 2.01 | Dos (2) pares |
| Aplicadores láser | 2.02 | Dos (2), a elección del establecimiento de salud |

OTRAS ESPECIFICACIONES:

| | | |
|--|------|---|
| Energía/alimentación | 3.01 | Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz |
| Certificación | 3.02 | Certificación FDA y/o CE |
| Garantía técnica de fábrica | 3.03 | Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. |
| Garantía de repuestos, piezas y accesorios | 3.04 | Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo. |
| Mantenimiento | 3.05 | Durante la vida útil, cada seis meses el proveedor deberá dar mantenimiento preventivo; sin costo para la entidad contratante durante los dos primeros años de garantía técnica. Si el fabricante del equipo médico recomienda más visitas de mantenimiento preventivo al año, estas serán cubiertas por el proveedor sin costo adicional para la entidad contratante. |
| Vida útil | 3.06 | 10 años |