

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: MES-20 Rev-05

Código: MES-20

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: MESA - KANAVAL (MESA PARA MANOS Y TENDONES)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1.01	Madera maciza
Complementos de estructura	1.02	Madera maciza y acero con pintura electrostática
Tablero canadiense	1.03	Requerido
Extensores y flexores	1.04	Flexo-extensor de muñeca
	1.05	Pedal flexo-extensión
	1.06	Doble juego de tornillos con regulación de tensión
	1.07	Pronosupinador
Apoyabrazo	1.08	Regulable
Regulación de ejercicios	1.09	Requerido
Accesorios y Consumibles		
Muelles de esfuerzo	2.01	Requerido
Tensores de tendones	2.02	Requerido
Pelotas de diferentes medidas y resistencia	2.03	Requerido
Juego de palillos cónicos	2.04	Uno (01)
Rueda con lastre	2.05	Uno (01)
Manija ergonómica	2.06	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES:		
Energía/alimentación	3.01	N.A.
Certificación	3.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3.04	N.A.
Vida útil	3.05	10 Años