

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	PAR-01 Rev-04
Código:	PAR-01
Revisión:	Rev-04
Mes-Año:	Enero - 2025
Vigencia:	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	Mobiliario clínico

DATOS GENERALES

Nombre: PARALELAS - 3 METROS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1.01	Acero con pintura electrostática o similar
Base	1.02	Cubierta con material antideslizante
Acceso en rampa	1.03	Requerido
Longitud	1.04	≥ Tres (3) metros
Pasamanos regulables en altura	1.05	De ≤75 cm a ≥90 cm

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2.01	N.A.
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	2.03	N.A.
Mantenimiento	2.04	N.A.
Vida útil	2.05	10 Años