

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica:	PER-01 REV-03
Código:	PER-01
Revisión:	REV-03
Mes-Año:	Enero - 2025
Vigencia:	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
Tipo:	Equipamiento Sanitario de apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: **MASAJEADOR CORPORAL DE PERCUSIÓN - GRADO MÉDICO**

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Características generales

Estructura	1.01	Dos (2) Empuñaduras/mangos/agarraderas/asas ergonómico, antideslizante
Uso	1.02	Masaje terapéutico por percusión y/o orbital
Velocidad	1.03	Variable
Velocidad de trabajo	1.04	≥ 1200 revoluciones por minuto (rpm)

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	2.01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
Certificación	2.02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	2.03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
	2.04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	2.04	
Mantenimiento	2.05	No aplica
Vida útil	2.06	10 años