

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



### COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

<b>Ficha Técnica:</b>	RUE-01 Rev-05
<b>Código:</b>	RUE-01
<b>Revisión:</b>	Rev-05
<b>Mes-Año:</b>	Enero - 2025
<b>Vigencia:</b>	Desde: 01-01-2025
	Hasta: 31-12-2026
<b>Tipo:</b>	Mobiliario clínico

#### DATOS GENERALES

Nombre: EJERCITADOR - HOMBRO -- (RUEDA DE HOMBRO)

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Estructura del mástil</b>	1.01	Acero inoxidable o acero recubierto con pintura electrostática
<b>Sistema de rotación</b>	1.02	Bidireccional
<b>Fijación a pared</b>	1.03	Altura regulable
<b>Amplitud del giro</b>	1.04	Variable
<b>Empuñadura frontal</b>	1.05	Requerido
<b>Resistencia a la rotación</b>	1.06	Requerido

#### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	2.01	N.A.
<b>Certificación</b>	2.02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
<b>Garantía técnica de fábrica</b>	2.03	N.A.
<b>Mantenimiento</b>	2.04	N.A.
<b>Vida útil</b>	2.05	10 Años