

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

Ficha Técnica: SIL-05 Rev-04

Código: SIL-05

Revisión: Rev-04

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Mobiliario clínico

### DATOS GENERALES

Nombre: SILLA - EJERCITAMIENTO DE CUADRICEPS

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Estructura	1,01	Acero con pintura electrostática, epoxy o similar
Brazos o manijas	1,02	Dos (2)
Respaldar ajustable	1,03	Requerido
Tapizado y acojinado	1,04	Asiento, respaldar y cilindros , en material lavable
Soporte de pesas a ambos lados	1,05	Requerido

### Accesorios y Consumibles

Pesas recubiertas con goma	2,01	Ocho (8), diferentes pesos a elección del Establecimiento de Salud
Cintas / correas de fijación	2,02	Dos (02) 120 cm x 5cm
	2,03	Dos (02) 240 cm x 8cm

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3,01	N.A.
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485 o similar. No aplica si es de fabricación nacional.
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Mantenimiento	3,04	N.A.
Vida útil	3,05	10 Años