

## FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



**COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO**

**Ficha Técnica:** NEB-01 Rev-05

**Código:** NEB-01

**Revisión:** Rev-05

**Mes-Año:** Enero - 2025

**Vigencia:** Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

**Tipo:** Equipo Menor

### DATOS GENERALES

**Nombre:** NEBULIZADOR

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

<b>Tipo de tratamiento</b>	1,01	Aerosol y/o humidificación del aire
----------------------------	------	-------------------------------------

<b>Tamaño máximo de partículas</b>	1,02	≤ 5 um
------------------------------------	------	--------

### Accesorios y Consumibles

<b>Accesorios</b>	2,01	Un (1) Cobertor y maletín de transporte propio del equipo
	2,02	Un (1) cable de conexión eléctrica compatible con el equipo.

<b>Consumibles</b>	3,01	Diez (10) circuitos de paciente adulto desechables con mascarilla, boquilla y cámara de medicación
	3,02	Diez (10) circuitos de paciente pediátrico desechables con mascarilla, boquilla y cámara de medicación
	3,03	Diez (10) Filtros anti bacteriales, compatibles con el equipo (en caso que el equipo lo requiera)

### OTRAS ESPECIFICACIONES:

<b>Energía/alimentación</b>	4,01	Vac: Dentro del rango de 110 V a 125 V, 60 Hz
-----------------------------	------	---

<b>Certificación</b>	4,02	Certificación FDA y/o CE y/o ISO 13485
----------------------	------	--

<b>Garantía técnica de fábrica</b>	4,03	Un (1) año a partir de la recepción del bien Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien. No cubre accesorios
------------------------------------	------	---