

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



COORDINACIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

Ficha Técnica: VID-10 Rev-05

Código: VID-10

Revisión: Rev-05

Mes-Año: Enero - 2025

Vigencia: Desde: 01-01-2025

Hasta: 31-12-2026

Tipo: Equipo Sanitario de Apoyo

DATOS GENERALES

Nombre: VIDEOLARINGOSCOPIO

ATRIBUTO	ITEM	VALOR
----------	------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

Visualización	1,01	TFT o LCD, con tamaño \geq de 2"
	1,02	Ángulo de Visión: \geq 60°
Almacenamiento	1,03	Grabación de imágenes y video en memoria interna o externa o conexión directa mediante un cable de datos.
Fuente de luz	1,04	Luz LED
Espátulas u hojas	1,05	Reusables o descartables. Fabricadas en polipropileno o policarbonato o acero inoxidable o material similar
Mango	1,06	Compatible con los distintos tamaños de espátulas.
Cámara	1,07	Requerido

Accesorios y Consumibles

Accesorios	2,01	Al menos tres (3) hojas o espátulas reutilizables o descartables (según corresponda al equipo). Tamaño a elección del establecimiento de salud
	2,02	Un (1) Cargador de baterías.
	2,03	Un (1) Estuche o Maletín de Transporte propio del equipo
	2,04	Dos (2) Baterías Recargables

OTRAS ESPECIFICACIONES:

Energía/alimentación	3,01	VAC: Dentro del rango de 110 V a 127 V, 60 Hz.
Certificación	3,02	Certificación FDA y/o CE
Garantía técnica de fábrica	3,03	Dos años a partir de la recepción del bien. Durante la garantía técnica de fábrica los repuestos, piezas y mantenimiento (preventivo y correctivo) que requiera el bien o cualquier defecto de fabricación deben ser cubiertos por el proveedor, sin ningún costo para la entidad contratante, excepto en los casos atribuibles al mal uso del bien.
Garantía de repuestos, piezas y accesorios	3,04	Durante la vida útil, el proveedor garantizará la disponibilidad de repuestos, piezas y accesorios que requiera el equipo.
Vida útil	3,05	10 años